

Ao
INSTITUTO MEMORIAL DO AGRESTE IMA
HOSPITAL MEMORIAL DE PERNMABUCO - HMP
COTAÇÃO ELETRÔNICA PRÉVIA DE PREÇOS Nº 002/2024
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA Nº 080/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	Valor Total
01	Aparelho de Anestesia Pumila 750D PRUNUS Configuração: Unidade Básica (Modos ventilatórios VCV, PCV, PSV, PRVC, SIMV (VCV), SIMV (PCV) SIMV (PRVC)) com 3 Gases (O2 Ar e N2O), Posição para 2 Vaporizadores 1 vaporizador (Sevoflurano).  <i>Imagem meramente ilustrativa</i> Características Gerais: O aparelho de Anestesia Pumila 750D da Prunus, é um equipamento adequado para todos os procedimentos anestésicos permitindo ventilação o em sistemas de circuito aberto e semifechado, desde pacientes pediátricos (em PCV) até adultos portadores de obesidade mórbida. Possui ventilador microprocessado movido a fole ascendente com acionamento através de oxigênio.	03	R\$ 138.800,00 (Cento e trinta e oito mil e oitocentos reais).	R\$ 416.400,00 (Quatrocentos e dezesseis mil e quatrocentos reais).

Possui válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para proteger o paciente contra fluxos inadequados, e sistema de segurança que interrompe automaticamente o fluxo de N2O na falta de oxigênio. Possui rotâmetro mecânico com indicação digital de 7 segmentos e monitorização na tela do equipamento. O equipamento vem com suporte para 2 vaporizadores com sistema de intertravamento o que permite que somente um seja aberto por vez. Possui memória para armazenamento 500 eventos e tendência de até 24 horas, incluindo registros de alarme técnico e registros de alarme fisiológico. O equipamento utiliza sensores de fluxo nos ramos inspiratório e expiratório universais para pacientes adultos e pediátricos. Vem com manômetro analógico no bloco respiratório Possui alarme para frequência, relação I/E, volume corrente, volume minuto, Pressões (PEEP, media, pico e platô,) concentração de O2, EtCO2, N2O, concentração de gás anestésico. Móvel: Confeccionado em polímero de alto impacto para maior resistência dentro do ambiente cirúrgico, com trilho lateral para fixação de braço suporte para monitor multiparametros, mesa de trabalho e 4 rodízios com sistema de freio individual, por rodízio. Duas gavetas para colocação de acessórios e ou medicamentos. Iluminação para mesa de trabalho para cirurgias mais escuras. Possui fluxômetro auxiliar para O2 embutido no equipamento para facilidade de uso e prevenção de danos. Vem com 3 slots para futura monitoração de no mínimo ETCO2 Com sistema ACGO para conexão de sistema aberto (BARAKA, Bain etc..). Freio individualizado, por rodízio. Mesa de trabalho com extensão dobrável para alocação acessórios de intubação e filtros umidificadores Barramento para 2 vaporizadores padrão selectatec, e sistema de intertravamento Filtro Valvular: Possui canister com capacidade para 1500 ml com sistema de Bypass que permite a troca durante o uso do			
--	--	--	--

equipamento sem vazamento e mecanismo de engate rápido; Válvulas inspiratória e expiratória autoclaváveis; Campanula graduada para melhor visualização do volume entregue ao paciente; Possui sistema de aquecimento ativo para evitar condensação de água no circuito respiratório; Sensores de fluxo universais para pacientes adultos e pediátricos sem necessidade de troca, e embutidos autoclaváveis a 121°C (15 minutos) Válvula APL graduada; Todas as partes que fazem contato com o fluxo do paciente são de fácil desmontagem sem uso de ferramentas e livres de látex; Sistema respiratório fabricado em material autoclavável incluindo fole e campanula válvulas inspiratória e expiratória e canister de cal sodada; Vaporizador: Vaporizador calibrado com compensação de temperatura e pressão durante toda a faixa de uso com faixa de concentração de 0 a 5% para Isoflurano e de 0 a 8%, para Sevoflurano com capacidade total de 300 ml no primeiro preenchimento e 250 ml nos demais, sistema de intertravamento impossibilitando a abertura de 2 ao mesmo tempo, com faixa de fluxo de 0,2 a 15L/min. Tela: Telas de 15" com sistema touch screen (sensível ao toque) para monitoração de parâmetros e até 3 curvas de maneira fácil e intuitiva, simplificando o fluxo de trabalho durante o procedimento cirúrgico. Possui monitoração de Loops para avaliação de mecânica pulmonar. Os ajustes de modos ventilatórios ou valores são realizados diretamente no monitor facilitando e agilizando qualquer alteração que se faça necessária durante o procedimento anestésico. Monitoração de pressão de entrada dos gases de maneira digital. Modos ventilatórios: Modos ventilatórios padrão: Manual/Espontâneo Bypass VCV, PCV, PSV, PRVC, SIMV (VCV), SIMV (PCV) SIMV (PRVC).			
---	--	--	--

Fluxômetros: Padrão para Ar e O2 e N2O mecânico com ajuste digital, de sete seguimentos, com faixa de ajuste de 0 a 10 L/min para os 3 gases com garantia de 25% de O2 na mistura com N2O e de segurança com o corte de fluxo de N2O quando não existe fluxo de O2. Possui monitoração da rede de gases de maneira digital. Esta configuração do Pumila 750D acompanha: Unidade básica com tela de 15" (Manual/Espontâneo Bypass VCV, PCV, PSV, PRVC, SIMV (VCV), SIMV (PCV) SIMV (PRVC)) e posição para 2 vaporizadores – 1 unidade; Fluxômetro mecânico com ajuste digital para os 3 gases – 1 unidade; Circuito respiratório compacto, autoclavável – 1 unidade; Conjunto de traqueias respiratórias adulto reutilizável – 1 unidade; Balão adulto para indução – 1 unidade; Vaporizador de Sevoflurano – 1 unidade; Sistema ACGO (Baraka) integrado – 1 unidade; Gaveteiro (2 gavetas) para acessórios e ou medicamentos – 1 unidade; Conjunto de mangueiras para N2O, O2 e Ar Comprimido – 1 unidade; Cabo força padrão brasileiro – 1 unidade; Manual do usuário em português – 1 unidade Características técnicas: Peso: 82 kg, (sem vaporizador e cilindro de gases) Tela: 15 polegadas sensível ao toque; Resolução: 1024 x 768 pixels Bateria: 1 unidade com autonomia de 90 minutos Alimentação elétrica: 100 / 240 V – 50/60 Hz Drive gás: O2 Absorvedor (Canister) CO2: aprox.1500 ml Sistema de cilindro de Backup tipo yoke para O2, N2O (opcional) ou Ar (opcional) Ajustes:			
--	--	--	--

Volume corrente: 10 a 1500 ml Frequência respiratória: 4 a 100 bpm Frequência SIMV: 1 a 40 bpm Pressão inspiratória: 5 a 70 cmH₂O Relação I:E : 4:1 a 1:10 Relação I:E apnéia : 4:1 a 1:10 Tempo inspiratório: 0,1 a 10seg PEEP: Deslig. 4 a 30 Limite de pressão: 5 a 100 cmH₂O Pausa ispiratória Deslig. 5 a 50% Trigger Volume : 1 a 15 L/min Pico de Fluxo: 120L/min + FGF Fluxo de O₂ (O₂ Flush): 25 – 75 IL/min Parâmetros Monitorados Volume corrente, fluxo (Inspiratório e expiratório), volume minuto, frequência, pressão (Pmean, Pplat, frequência, pressão (Pmean, Pplat, N₂O, Halogenado volátil), pressão, valores numéricos, complacência e resistência do paciente. Alarmes: VT (alto e baixo), MV (alto e baixo), FiO₂ (alta e baixa), PAW (Pressão de vias aéreas alta e baixa) Frequência (alta e baixa) Ppeak, Apneia, Gases Anestésicos (alto e baixo). REGISTRO DO PRODUTO Nº: 80117581045 Marca/Modelo/Fabricante: Prunus / Pumila 750D / Shenzhen Prunus Medical Co., Ltd. - China, República Popular.			
---	--	--	--

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	Valor Total
02	BISTURI ELETRONICO MODELO: BP-400 D – MARCA: EMAI – TRANSMAI  BISTURI ELETRÔNICO BP-400 DIGITAL 300W Gerador eletrocirúrgico microprocessado em todas as funções e isolado, acionamento de corte ou coagulação via caneta ou via pedal, disponibilidade de sistema rem para proteção do paciente contra fugas de corrente, monitoração continua da qualidade de contato do eletrodo dispersivo com o paciente, displays digitais independentes para corte, coagulação e bipolar, indicação sonora da função em uso com tonalidade distinta para corte e coagulação, faixa de trabalho do sistema rem de pelo menos 10 a 120 ohms de impedância monitorada com tolerância de pelo menos 30% nesta faixa, sistema de coagulação simultânea para uso por dois cirurgiões, variação automática da potência em caso da variação da resistência do tecido, sistema de bloqueio do equipamento em caso de falha sem necessidade de visor; disponibilidade dos seguintes modos de operação: modo bipolar; corte monopolar; coagulação monopolar; potência de corte máxima de até, pelo menos, 300w; potência de modo bipolar de até, pelo menos, 70w; possibilidade de ação simultânea por 2 cirurgiões; alça para fácil transporte; tensão de alimentação bivolt automática ou 220v; peso máximo de até 8,5 kg. GARANTIA DO FABRICANTE: 01 ANO.	03	R\$ 33.900,00 (Trinta e três mil e novecentos reais).	R\$ 101.700,00 (Cento e um mil e setecentos reais).

Valor total da proposta: R\$ 518.100,00 (Quinhentos e dezoito mil e cem reais).

Dados da empresa: Dixmedical Produtos Para Saúde Ltda.

Rua Jose Ramon Urtiza, 308 - Vila Andrade

São Paulo - SP - CEP: 05717-270 - Morumbi

Tel.: 11 5555-8661

e-mail: oliverkan.lima@dixmedical.com.br

CNPJ: 19.001.659/0001-90 - Ins. Est.: 142.870.495.110

Representante Legal: Silvio Cesar Oliveira

CPF nº 157.145.708-98 – RG nº 21.517.168-8

Sócio e Diretor

Representante: Dixmedical. **Frete:** CIF

Prazo validade proposta: 60 (sessenta) dias;

Prazo de garantia: Garantia integral de 12 (doze) meses, a contar da instalação e aceite técnico pela Instituição;

Prazo de entrega: Em até 10 (dez) dias, após a emissão do pedido de compra;

Local de entrega: Rua João Cursino, nº 712, Mauricio de Nassau – Caruaru/PE;

Pagamento: Até 30 (trinta) dias consecutivos após apresentação da Nota Fiscal/Fatura;

Dados para pagamento: Banco: Sicoob (cód. 756) – Agência nº 5122 – C.C: 26436-9.


DECLARAMOS ESTAR CIENTES E DE ACORDO COM TODAS AS NORMAS DO EDITAL.

- Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital de cotação eletrônica e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas.
- Declaramos que no preço ofertado estão incluídas todas as despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, impostos, taxas, fretes, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta cotação eletrônica.
- Declaramos que o produto está coberto por garantia on-site por um período mínimo de 01 (um) ano, para serviços e reposição de peças, prestada diretamente pela licitante ou por este através de sua rede de assistência técnica, nas condições descritas do Termo de Referência;
- Declaramos que no preço ofertado estão incluídas todas as despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, impostos, taxas, fretes, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta cotação eletrônica.

- Declaramos sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- Declaramos que estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
- Garantimos Treinamento técnico e operacional, Assistência Técnica, manutenção preventiva, corretiva e reposição de peças no período de garantia sem qualquer ônus para o hospital, após esse período os serviços serão executados mediante aprovação de orçamento.
- Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).
- Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
- Garantia de entrega, instalação, testes, treinamentos dos equipamentos ofertados, através de pessoal capacitado e devidamente treinado, sob nossa total responsabilidade, colocando-os em perfeitas condições de utilização e funcionamento.

São Paulo, 03 de janeiro de 2025.


DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA
Silvio César de Oliveira
Sócio Diretor
RG nº 21.517.168-8
CPF nº 157.145.708-98

A rectangular stamp with a double border. Inside, the text reads: '19.001.659/0001-90' in large bold letters, followed by 'DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA' in smaller bold letters, and then 'Rua José Ramon Urtiza, 308', 'Vila Andrade - CEP: 05717-270', and 'SÃO PAULO - SP' in the smallest font.