

**SERVMED COM. E SERV. DE LOC. DE EQUIP. HOSP. LTDA- ME**  
**CNPJ:** 11.758.108/0001-64  
**E-MAIL:** SERVMED@SERVMEDPE.COM.BR

**CLIENTE: INSTITUTO MEMORIAL DO AGRESTE**  
**CNPJ: 24.262.537/0001-98**  
**A/C: SIDNEY SOUZA ARAUJO RIBEIRO**  
**COTAÇÃO ELETRÔNICA PRÉVIA DE PREÇOS Nº 005/2025**  
**CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA N.º 171/2024**

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
01	<p><b>MESA CIRURGICA BARRFAB MODELO BF683 ST</b></p> <p>Base: retangular fabricada em chapa de aço com espessura mínima capaz de suportar os mais diversos procedimentos, com revestimento em ABS reforçado, contra impactos e desinfetantes. A movimentação da base deve ser realizada através de no mínimo 04 (quatro) rodízios com giro de 360°, com bloqueio e desbloqueios motorizados, acionados através de teclas pelo controle remoto e no painel de controle na coluna da mesa. Coluna de elevação: composta de colunas guias com hastes guias de aço e cromo duro retificado e por três seções garantindo um maior curso, com altura mínima menor. Os movimentos de elevação através de sistema elétrico, acionado por controle remoto a cabo e na própria coluna da mesa. Chassi: estrutura fabricada em aço inoxidável, perfilada, sistema que permite maior rigidez e proporciona blindagem de todo sistema interno evitando a penetração de líquidos, facilitando a limpeza. Articulável e dividida em no mínimo 05 (cinco) seções (cabeceira, dorso do tampo, complemento do dorso, assento do tampo, pernas bipartidas). Régua em aço inoxidável para colocação de acessórios. A mesa atende e possui certificação das normas ABNT e IEC – IEC 60601 – IEC 60601-1-2 e IEC 60601-2- 46. A capacidade da mesa é para pacientes de até 360 Kgs. Tampo: radio transparente ao uso intensificadores de imagens, raio X em toda a sua extensão, sendo fabricado em fenolite, com deslocamento longitudinal de 360mm para a direita e 300mm para a esquerda, através do uso de controle remoto. Dividido em até 05 (cinco seções: cabeceira, dorso do tampo, complemento do dorso, assento do tampo, pernas bipartidas). A mesa atende e possui normas de certificação de Boas Práticas de Fabricação, conforme resolução RDC 59/2000. Movimentos da mesa: Motorizados: os movimentos de semi-flexão de pernas e coxas, semi sentado, extrema lordose, litotômica, para operação de tireóide, trendelemburg, proclive ou reverso de trendelemburg, lateral esquerdo, lateral direito, dorso, flex, reflex e deslocamento longitudinal são realizados por atuadores elétricos lineares, acionados por meio de controle remoto a cabo e na própria estrutura da coluna da mesa. Acompanha a mesa baterias especiais com no mínimo uma semana. O estado da carga das baterias é controlado eletronicamente e indicado visualmente. • Pneumáticos: sistema de movimentação das pernas que são bipartidas em V e removíveis. • Mecânicos: sistema de movimentação da cabeceira que é removível. Controles: acompanha a mesa no mínimo 02 (dois) tipos de controles: controle remoto com fio e controle de emergência no painel de controle na coluna da mesa, com no mínimo as seguintes teclas: tecla para bloqueio e desbloqueio das demais teclas e funções do teclado; tecla para elevar o tampo da mesa; tecla para baixar o tampo da mesa; tecla para elevar o dorso da mesa, tecla para abaixar o dorso da mesa, tecla para o movimento de trendelemburg e tecla para movimento reversor de trendelemburg; Tecla para inclinar lateralmente o tampo da mesa para esquerda; tecla para inclinar lateralmente o tampo da mesa para direita; tecla para travar (bloquear o deslocamento da mesa sobre as rodas; tecla para liberar e permitir o deslocamento da mesa sobre as rodas); tecla para movimentar o tampo da mesa longitudinal e horizontalmente em direção as pernas e tecla para movimentar da mesa longitudinal e horizontalmente em direção a cabeça; tecla para o movimento de flex e tecla para o movimento de reflex. Acessórios: devem acompanhar a mesa 01 jogo de colchonetes injetados em PU; 01 par de suporte de braços; 01 par de suportes de porta-coxa; 01 arco de narcose em L; 01 par de ombreiras. (OBS: todos os acessórios devem ser originais do fabricante da mesa.</p>	01	R\$ 83.000,00	R\$ 83.000,00



DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE COTAÇÃO ELETRÔNICA E SEUS ANEXOS, BEM COMO ACEITAMOS TODAS AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES ESPECIFICADAS.

DECLARAMOS QUE NO PREÇO OFERTADO ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA COTAÇÃO ELETRÔNICA.

### CONDIÇÕES GERAIS:

**VALOR TOTAL: R\$ 83.000,00 (OITENTA E TRÊS MIL REAIS)**  
**FORMA DE PAGAMENTO: À VISTA**  
**PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS**  
**VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS**



WILLIAM CHAVES JÚNIOR

HOSPITAL MEMORIAL DO AGRESTE

**Olinda, 31 de março de 2025.**

**[CNPJ 11.758.108 / 0001 - 64]**

Servimed Comércio e Serviço de Locação  
de Equipamentos Hospitalares Ltda -ME  
Rua Professor João Fernandes Soares 332  
Salgadoinho - CEP 53110-120  
Olinda - PE

