

Proposta Nº 7184


Para

| |
|--|
| INSTITUTO MEMORIAL DO AGRESTE - IMA CNPJ: 24262537000198, IE: ISENT0 Rua João Cursino, 712, Maurício de Nassau 55012190 - Caruaru, PE |
|--|

| | |
|---------------------------|------------|
| Número da Proposta | 7184 |
| Data | 06/02/2026 |

EDITAL Nº 001/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2026

Itens da proposta comercial

| | Imagem | Descrição do produto/serviço | Código | Un | Qtd. | Preço un. | Preço total |
|---|---|--|---------------|----|-------|-----------|-------------|
| 1 |  | <p>BOMBA DE INFUSÃO - BeneFusion 3 Fabricante: Mindray do Brasil Comércio e Distribuição de Equipamentos Médicos Ltda</p> <p>Modelo: VP3</p> <p>Registro Anvisa: 80943610061</p> <p>A bomba de infusão é usada junto com o conjunto de infusão para controlar a dose de líquidos infundidos no corpo do paciente. A bomba também pode ser usada para transfusão de sangue. O sensor de gotejamento e o módulo sem fios são opcionais. As funções opcionais do software constituem do Modo de classificação, Modo de tempo, Modo de peso corporal, Modo sequencial, Biblioteca de medicamentos, Registro de histórico e Função antibolus.</p> <p>DADOS TÉCNICOS OU FICHA TÉCNICA</p> <p>Alarmes</p> <p>Oclusão; Ar na linha; Acumular ar; Erro gotej; Sem bateria; VTBI concluída; Terminar KVO; Porta aberta; Erro de sistema; Vazio; Sem tubo infusão; Sistema anormal; Tempo espera exp.; Lembrete; Bateria fraca; Temp quase fin.; Sem alim. CA; Comun. interrompida; KVO em exec.; Infusão interrompida; Reinicie a hora; Parâm. Não confirmado.</p> <p>Aplicações</p> <p>Líquidos infundidos, Transfusão de sangue</p> <p>Equipos</p> <p>O kit de infusão utilizado em conjunto com a bomba de infusão deve estar em conformidade com os requisitos da ISO 8536-4:2004 Equipamento de infusão para uso médico — Parte 4: kits de infusão para uso único, alimentação por gravidade, MOD</p> <p>Limites de pressão</p> <p>4 níveis são ajustáveis, respectivamente: 150±125 mmHg (20,0±16,7 kPa), 300±125 mmHg (40,0±16,7 kPa), 525±125 mmHg (70,0±16,7 kPa), 900±180mmHg (120,0±24,0 kPa). A pressão de oclusão máxima é de cerca de 1080 mmHg</p> <p>Limites de tempo</p> <p>00:00:01-99:59:59 h:m:s</p> | 8610B-PA00150 | UN | 15,00 | 3.550,00 | 53.250,00 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| <p>Limites de volume</p> <p>De 0,1 a 9999ml</p> <p>Máximo empilhamento</p> <p>Não permite</p> <p>Modos de Infusão/Trabalho</p> <p>Modo de classificação, Modo de peso corporal, Modo de tempo, Modo sequencial</p> <p>Pacientes atendidos</p> <p>Adultos, Crianças e Neonatos</p> <p>Taxa de Infusão</p> <p>Unidade de frequência (ml/h): 0,1-2000ml/h, o incremento mínimo é 0,1 ml/h. Unidade de frequência (gtt/min): 1-(400*Gota/60) gtt/min, o incremento mínimo é de 1 gtt/min</p> <p>Tela/Display</p> <p>LCD monocromático, 3 polegadas, 240x128 pixels</p> <p>Tipo de mecanismo de Infusão</p> <p>Peristáltica linear</p> <p>Volume de Bolus</p> <p>0,1 a -2000ml/h</p> <p>ACESSÓRIOS</p> <p>Sensor de gotas</p> <p>Sim, sensor de gotejamento</p> <p>DIMENSÕES</p> <p>Dimensões</p> <p>Inferior a 200 mm (A) x 100 mm (L) x 150mm (P) (sem o grampo da haste)</p> <p>PESO</p> <p>Peso</p> <p>Inferior a 1,8 kg (Uma bateria incluída, sem acessório, cabo e o grampo da haste)</p> <p>ALIMENTAÇÃO</p> <p>Alimentação Elétrica</p> <p>100 a 240 VAC, 50/60 Hz</p> <p>Bateria</p> <p>Bateria de lítio: 7,2 VDC; Autonomia: a uma taxa de 25ml/h, por pelo menos 4 horas (1 bateria) ou 8 horas (2 baterias) usando uma bateria nova totalmente carregada</p> | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

Outros itens ou serviços

Prazo de validade da proposta: Conforme o Edital

Prazo de entrega: Conforme o Edital
Local de entrega: Conforme o Edital
Forma de pagamento: Conforme o Edital

Nome do representante legal:

Gilcenio Matias Lima

Diretor Comercial

Data de Nascimento: 20/03/86

RG 36.962.499-3

CPF 344.152.158-74

| Nº de Itens | Soma das Qtde | Total outros itens | Total dos itens | Frete | Total da proposta |
|--------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------|--------------------------|
| 1,00 | 15 | 0,00 | 53.250,00 | 0,00 | 53.250,00 |

Atenciosamente, Gilcenio Matias Lima
Departamento de vendas